

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Rzeczpospolita  
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Kalisz, dnia 18 kwietnia 2018 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

## INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną” - nr sprawy 17/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

**Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 3, pkt A/8 Formularza Ofertowego (4):**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rejestratora pH/impedancji, w którym kanały impedancji są próbkowane z częstotliwością regulowaną w zakresie od 10 Hz do 50 Hz?

Uzasadnienie: Częstotliwość próbkowania sygnałów impedancji w ambulatoryjnych rejestratorach pH-impedancji, na poziomie 50 Hz (50 próbek na sekundę) jest powszechnie uznanym i stosowanym standardem i jest ona w zupełności wystarczająca do dokładnego zobrazowania procesów (np. refluksów, odbijania itp.) zachodzących w przełyku. Wymagana przez Zamawiającego, większa częstotliwość (64 Hz  $\pm$ 5Hz) nie zwiększa wartości ani dokładności diagnostycznej badania. Ponadto istniejący opis dopuszcza tylko jednego producenta - firmę Medtronic (która jako jedyna oferuje rejestrator Digitrapper pH-Z, umożliwiający próbkowanie sygnałów impedancji na poziomie 64 Hz), jednocześnie eliminując z postępowania wszystkich pozostałych, potencjalnych dostawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza punktację za częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 64 Hz  $\pm$ 5Hz. Punkt 8 przyjmuje postać: „Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie min.: 1Hz - 0,1Hz, częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 50 Hz lub 64 Hz  $\pm$ 5Hz”. Punktacja za częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 50 Hz – 0 pkt, 64 Hz  $\pm$ 5Hz – 1 pkt.

Aktualny Formularz Ofertowy (4) – część A i B /Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz Parametry podlegające ocenie – Pehametr/ został załączony do wyjaśnień nr 1 zamawiającego z dnia 18.04.2018r. Dotychczasowy formularz traci ważność. Prosimy składać oferty na aktualnym druku.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Andrzej Białozysk

1