

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Kalisz, dnia 07 maja 2018 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

## INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną” - nr sprawy 17/18.

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy informujemy:

**Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 14 (Angiograf z wyposażeniem), Załącznik nr 3 – Projekt umowy - §7 ust. 12:**

W projekcie umowy w §7 ust. 12 Zamawiający precyzuje okres gwarancji na wymieniane części w ramach napraw gwarancyjnych:

„ Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy”.

Pragniemy zwrócić uwagę, że czas bezawaryjnej pracy lampy rtg używanej w angiografach jest ściśle związany z łącznym czasem wykonanych ekspozycji. W przypadku pracowni działającej 24 godz./dobę i o dużej liczbie pacjentów trwałość lampy może wynosić np. 2 lata, a w pracowniach o małej liczbie badań np. 4 lata i więcej. W związku z powyższym, Wykonawca pragnąc zaoferować dłuższą gwarancję na **cały nowy system angiograficzny** dla pracowni o dużej liczbie badań, zobowiązał by się faktycznie do bezterminowego dostarczania lamp. Zatem, jak wyjaśniono lampa rtg jest specyficznym urządzeniem, które zużywa się intensywnie w trakcie pracy i nie można wymagać by spełniało warunki gwarancji jakości na tej samej zasadzie jak inne urządzenia. Prosimy więc o potwierdzenie, że gwarancja na lampę lub lampy, wymienione w okresie gwarancji systemu, kończy się wraz z końcem gwarancji na cały system angiograficzny.

**Odpowiedź:** Zgodnie z ust. 12 w §7 Projektu umowy wskazany zapis dotyczy wad wykrytych w dostarczonym przedmiocie umowy, które Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie usunąć. Konieczność wymiany lampy rentgenowskiej jako elementu o określonej przez producenta żywotności nie jest traktowana przez Zamawiającego jako wada, lecz jako normalna eksploatacja aparatu. W takim przypadku zgodnie z projektem umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany lampy jedynie w okresie gwarancji aparatu oraz udzielić na lampę standardowej gwarancji producenta.

*Uzasadnienie: Oczywistym jest, że wymiana materiałów zużywalnych nie jest traktowane jako wada tj. lampa rentgenowska czy chociażby filtry niezbędne do przelądu*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlażyk