

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 września 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy kanału roboczego 2,2 mm? Proponowane przez nas wymiary różnią się jedynie nieznacznie od opisanych w SIWZ, dopuszczenie naszego rozwiązania wpłynie korzystnie na konkurencyjność zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej sondy wziernikowej 5,9 mm oraz średnicy kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 10:

Czy Zamawiający dopuści 2 zbiorniki wielorazowe 2 l albo 3 l? Na rynku istnieje jedynie jeden producent oferujący butle 2,5 litrowe. Postawienie takiego wymagania nie jest konkurencyjne z punktu widzenia Prawa Zamówień Publicznych. Prosimy o dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanych przez wykonawcę wyżej opisanych zbiorników wielorazowych do wkładów jednorazowych.


Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 10:

Czy Zamawiający dopuści ssaki o poziomie hałasu 55dB? Proponowane przez nas rozwiązanie różni się jedynie nieznacznie od wymaganego, dopuszczenie ssaków wpłynie korzystnie na konkurencyjność zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowanie przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

1