

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 18.03.2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO oraz CADO –
znak sprawy 14/19

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. Czy zamawiający wymaga, aby dostawca na potrzeby realizacji umowy dostarczył sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii tj. W przypadku Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej podgrzewacze płynów, a w przypadku Automatycznej Dializy Otrzewnowej cyklery służących do podgrzania i podaży płynów? Prosimy o dołączenie umowy użyczenia sprzętu lub o informację, iż zamawiający wyraża zgodę zawarcia umowy na wzorze wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie projektu umowy poprzez dodanie do § 1 ust. 6 – 8 o następującej treści:

6. *W ramach przedmiotu umowy i w jego cenie wybrany Wykonawca zobowiązuje się, iż niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zawarcia) użyczy bezpośrednio użytkownikowi (pacjentowi) sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii tj.*
 - a) *w przypadku Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej podgrzewacze płynów*
 - b) *w przypadku Automatycznej Dializy Otrzewnowej cyklery służące do podgrzania i podaży płynów*
 7. *Naprawy oraz serwisowanie użyczonego sprzętu należą do przedmiotu umowy.*
 8. *Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń z obsługi sprzętu u każdego pacjenta oraz na Oddziale Nefrologii ze Stacją Dializ oraz wyjaśniania wszelkich wątpliwości gwarantujących prawidłowe jego użytkowanie.*
2. W nawiązaniu do postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO i CADO (14/19) prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w zadaniu nr 1 płynów o mianie pH roztworu gotowego z zakresu pH 7,0 do 7,4 oraz ograniczenie dostępności wyboru zawartości jonów wapnia do 1,25 mmol/l dla opcji o mianie pH 7,4.

Uzasadnienie:

- roztwory kwaśne o mianie pH 5,5 starego typu nie są już przez nas oferowane.
- roztwory o mianie roztworu gotowego pH 7,4 oparte wyłącznie o bufor wodorowęglanowy (opcja bez mleczanów) są produkowane jedynie z zawartością Ca⁺⁺ 1,25mmol/l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie informujemy, że zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę termin złożenia i otwarcia i ofert w niniejszym postępowaniu:

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 7⁰⁰-14³⁵
Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia **22 marca 2019 r.**
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7
Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia **22 marca 2019 r.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawłaczyk