

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22.03.2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych – znak sprawy
15/19

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści również soczewki kontaktowe o średnicy 14 mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści również soczewki kontaktowe pakowane po 6 sztuk w opakowaniu? Jaką liczbę opakowań należy wtedy dostarczyć Zamawiającemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 36/6=6 opakowań

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk