

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 18.01.2023 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

### INFORMACJA

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp), pn.: „Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych” *sprawa nr 101/23. Specyfikację zatwierdzono: 12.01.2023 roku.***

**Zadanie nr 1:**

Zestaw do nefrostomii wielostopniowej z cewnikiem w rozmiarze 14 CH posiadającym zacisk regulujący przepływ moczu, lejek do podłączenia worka na mocz. Zestaw z rozszerzadłami w tym jednym z rozrywalną koszulką oraz prowadnicą.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie nr 1:**

Zestaw do nefrostomii wielostopniowej z cewnikiem typu pigtail wykonanym z poliuretanu w rozmiarze 14 CH posiadającym karanik typu Luer-lock. Zestaw z 3 rozszerzadłami oraz prowadnicą z bezpiecznym końcem typu J. W zestawie echogeniczna igła Chiba 18Ch/20cm, igła punkcyjna 18Ch/20 cm, metalowy obturator, łącznik z lejkiem, worek na mocz, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie nr 2:**

Zestaw do nefrostomii 2-stopniowej 8 CH zawierający igłę punkcyjną, dwuczęściową widoczną w USG, prowadnicę Schullera o dł. 100 cm z bezpiecznym końcem typu J, cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu o dł. 22 cm. Zestaw nie zawierający żadnych rozszerzadeł. Cewnik Pigtail bez balona uszczelniającego lub

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie nr 2:**

Zestaw do nefrostomii 2-stopniowej 10 CH zawierający igłę punkcyjną, dwuczęściową typu Chiba widoczną w USG, prowadnicę Lunderquista o dł. 150 cm z bezpiecznym końcem typu J, cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu o dł. 22-30 cm. Cewnik Pigtail bez balona uszczelniającego. W zestawie dodatkowo skalpel, worek na mocz, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wieloetapowy zestaw do wykonania przezskórnej przetoki nerki, wyposażony w silikonowy cewnik balonowy z serii »INTEGRAL« (płaski, zintegrowany balon nie powiększający średnicy zew. cewnika), wyposażony w dodatkowe otwory nad balonem do drenażu kielichowego. Zestaw składający się z:

- przewodnicy Lunderquist z końcówką typu J, o rozmiarze 0,035"/0,89 mm, dł. 90 cm;
- jednorazowej igły punkcyjnej do wykonania nefrostomii/drenażu nerki, 2-elementowa igła ze skośnym, osiowym ścięciem ułatwiającym punkcję, średnica kaniuli 1,3 mm (17,5 G), długość igły 18,5 cm;
- zestawu trzech poszerzaczy powięzi w rozmiarach: Ch.7/2,3 mm, Ch. 9/3 mm, Ch. 11/3,7 mm oraz czwartego poszerza w rozmiarze Ch. 13/4,3 mm ze zdejmowanym płaszczem;
- dodatkowy poszerzacz powięzi w rozmiarze Ch. 15/5 mm ze zdejmowaną osłonką;
- silikonowego cewnika balonowego z serii »INTEGRAL« do nefrostomii, z dwoma dodatkowymi otworami nad balonem, z centralnie otwartym i krótkim, atraumatycznym zakończeniem cewnika z zaokrągloną krawędzią, ze zintegrowanym miękkim balonem, wyskalowany, widoczny w promieniach RTG. Cewnik w rozmiarze Ch. 14, wielkość balonu 5 ml;
- strzykawka z 10% roztworem gliceryny do napętniania silikonowych cewników balonowych.

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza**

### Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw dwuetapowy do nefrostomii składający się z: cewnik typu Pigtail Ch. 8 wykonany z poliuretanu o długości całkowitej 39,5 cm z prostownikiem o dł. 9,5 cm, Kranik Luer-lock, Adapter do worka na mocz, Obturator usztywniający cewnik podczas aplikacji, Przykręcany adapter do worka na mocz o długości 15 cm, Prowadnica Lunderquist z adapterem ułatwiającym wprowadzenie 0,035" / 0,89 mm długość 90 cm, Igła punkcyjna dwuczęściowa 17,5 GA / 1,3 mm długość igły 18,5 c

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczyk